

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-27/132/	11 / 2016
Data 18/02/2016	Fls. 81
Rubrica 2	ID 6139760

TERMO DE REFERÊNCIA

I. DO OBJETO:

O objeto do presente pregão eletrônico é a aquisição de aparelho de cardiocografia, conforme Especificações Técnica, para atender as necessidades do serviço de obstetrícia do CBMERJ, serviço este que é prestado em unidades de saúde subordinadas à Diretoria Geral de Saúde;

O equipamento deverão ter registro na ANVISA.

II. DA JUSTIFICATIVA:

O serviço de ginecologia e obstetrícia do CBMERJ solicita o aparelho de cardiocografia por realizar exame padrão-ouro para avaliação do bem-estar e propedêutica pré e intra parto.

Considerando que o Hospital Central Aristarcho Pessoa (HCAP) dispõe de um serviço de obstetrícia de livre demanda, é uma unidade de Emergência e realiza todos os exames de cardiocografia das pacientes do CBMERJ.

Considerando a segurança que o exame oferece ao obstetra e à parturiente e feto na tomada de decisões em relação a via de parto e ao valor preditivo de complicações fetais evidenciadas pelo exame. Este realiza monitorização da condições fetais por medidas e registros contínuos da Freqüência Cardíaca características entre si, desta forma ocorre uma análise imediata do prognóstico fetal.

Do acima exposto, demonstra-se que o aparelho de cardiocógrafo torna-se imprescindível num ambiente de maternidade. Com a reinauguração da maternidade do HCAP prevista para início de dezembro de 2015, foi autorizada a compra emergencial de um único aparelho.

Assim, para compor a grade de equipamentos cardiocógrafos do CBMERJ é solicitado 01 aparelho para o HCAP.

*Do Sr Cel Dir DGA + DGS
para Analista 5 20/06/17*

*ROBERTO KAZUMI BALDAS MICHIE
CEL BM QOS/Med/97
CBMERJ 19901 - CRM 52.57576-2
Diretor Técnico do HCAP*

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-27/132/	11 /20 16
Data 18/02/2016	Fls. 82
Rubrica 27	ID 6139760

III. DAS AMOSTRAS:

Será exigido, do primeiro colocado, a apresentação de AMOSTRAS a serem encaminhadas ao chefe do serviço de ginecologia e obstetrícia do HCAP com o aval da Diretoria Geral de Saúde (DGS) do CBMERJ.

Poderá ser exigido do primeiro colocado a apresentação de folder descritivo dos materiais, contendo as características gerais e específicas dos mesmos.

As amostras apresentadas para análise deverão estar corretamente identificadas com o nome do licitante responsável pelo envio, bem como o nº do lote e do item e, junto deverá ser apresentada uma relação contendo lote item e marca ofertada;

A apresentação, das amostras, dos produtos cotados, têm por objetivo a verificação de compatibilidade com as especificações dos objetos desta licitação, devendo ser atendida no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da sua notificação.

As amostras serão analisadas pelo Representante do setor de ginecologia da DIRETORIA GERAL DE SAÚDE, que emitirá laudo motivado acerca dos produtos apresentados, podendo, ainda, ser realizados testes em laboratórios especializados ou quaisquer outros procedimentos necessários para a adequada verificação da amostra apresentada;

As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração, até a entrega de todo o quantitativo cotado pelo licitante;

A proposta do licitante será desclassificada no caso de as amostras serem reprovadas, devendo o mesmo ser notificado para ciência do laudo e retirada das mesmas. Caso as amostras não sejam retiradas pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, presumir-se-à seu desinteresse em relação às mesmas, que poderão ser descartadas ou incorporadas ao patrimônio do órgão requisitante;

A desclassificação da proposta na forma prevista no subitem anterior acarretará o consequente chamamento do segundo colocado, adotando-se o mesmo procedimento em relação às amostras.





SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL		
Processo nº E-27/132/	11	/2016
Data	18/02/2016	Fis. 79
Rubrica	2	ID 6139760

Ofício DGS/DPL nº 013/2017

RJ, em 07 de março de 2017.

ANEXO

CÓDIGO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
27364	<p>CARDIOTOCÓGRAFO</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cardiotocógrafo de 02 (dois) canais – gestação única ou gemelar;• 01 (um) monitor fetal;• 02 (dois) transdutores de frequência cardíaca fetal (FHR);• 01 (um) transdutor Toco (atividade uterina);• 02 (duas) cintas para transdutores;• Impressora integrada, papel térmico de 110mm;• Display colorido de 8,4", TFT;• Frequência de operação dos transdutores: 2,0MHz;• Faixas de medição: FHR: 30 a 240bpm Toco: 0 a 100• Alarme para FHR < 120bpm e > 160bpm;• Tensão: 115 – 220 V, ac 60Hz;• Carrinho de transporte;• Manual técnico em português;• A empresa deverá instalar e treinar a equipe;• Registro no Ministério da Saúde e/ou ANVISA.	01

SUEO MIZUMOTO - Cel BM QOS/Méd/92
Diretor Geral de Saúde
CBMERJ 17.318

Av. Paulo de Frontin, 876 – Rio Comprido – RJ - CEP: 20.261-243.
Tel.: (21) 3399-4508 / 2273-3512 / - Fax: (21) 2273-3507
E-mail: dgs@cbmerj.rj.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL	
Processo nº E-27/132/	11 / 2016
Data 18 / 02 / 2016	Fls. 84
Rubrica 21	ID 6139760

IV. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Diretoria Geral de Saúde, localizado na AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 850 – SÃO CRISTÓVÃO – RIO DE JANEIRO - - RJ – CEP: 20941-160;

A entrega deverá ser agendada com o almoxarifado pelo telefone 2334 -1973;

Todo quantitativo deverá ser entregue em parcela única em até 60 (sessenta) dias após a retirada do empenho;

Deverá ser emitida uma nota fiscal para cada material, contendo o nº de série e a unidade de destino (HCAP).

UNIDADE DE DESTINO	QUANTIDADE
HCAP	01 UNIDADE

IVAN MENDES CORREA JUNIOR
CEL BM QOS/Méd/91
CBMERJ 16.356 - CRM 52.45937-2

IVAN MENDES CORREA JUNIOR – CEL BM QOS/ Méd/91
Coordenador da Ginecologia e Obstetrícia do HCAP

DANILO OLIVEIRA LOPES –TEN CEL BM MÉD/QOS/93
Coordenador de Planejamento e Logística da DGS

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA:

SUEO MIZUMOTO – CEL BM QOS/92
Diretor Geral de Saúde - DGS